CE IVD

Precision in Hemostasis

Behnk Elektronik

# BE Owren Buffer Owren Koller Buffer

REF 771700: BU (16 x 15 mL)

Diluyente para plasmas humanos durante pruebas de coagulación

## | USO PREVITO

Solución tampón destinada a utilizarse *in vitro* como diluyente para plasmas humanos en pruebas de coagulación. Puede ser utilizado con el procedimiento manual en un coagulómetro semiautomático, o en un analizador de coagulación automatizado, con reactivos BEHNK.
Reservado para uso de profesionales sanitarios en laboratorios clínicos.

## PRINCIPIO

Al determinar Factores individuales (FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII) con plasma deficiente, es necesario diluir el plasma para permitir la detección del Factor en un área representativa.

## GENERALIDADES

Consultar las instrucciones técnicas del reactivo utilizado.

## | REACTIVOS

| | | |
|---|---|---|
| BU | **Owren BU** | Tampón Owren Koller |
| Barbital Tampón | | pH 7,35 (20°C) |
| Conservante | | |

Conforme al reglamento (CE) 1272/2008, este reactivo no está clasificado como peligroso.

## PRECAUCIONES (1) (2)

- Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible bajo petición o en www.behnk.de
- Verificar la integridad de los reactivos antes de su uso.
- Eliminación de residuos: cumplir con la legislación vigente.
- Tratar toda muestra o reactivo de origen biológico como potencialmente infeccioso. Respetar la legislación vigente en el país.

Todo incidente grave ocurrido en relación con el dispositivo es objeto de una notificación al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el cual el usuario y/o el paciente está establecido.

## PREPARACION DE LOS REACTIVOS

**BU**: Listo para el uso.

## ESTABILIDAD Y CONSERVACION

Antes de abrir, almacenado protegido de la luz a 2-8 °C, el contenido es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
Después de abrir, bien cerrado en el vial de origen, almacenado y utilizado como indicado, el vial es estable:

- Hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- Rechazar cualquier reactivo turbio.

## TOMA Y PREPARACION DE LA MUESTRA

Consultar las instrucciones técnicas del reactivo utilizado.

## LIMITES

Consultar las instrucciones técnicas del reactivo utilizado.

## MATERIAL COMPLEMENTARIO

Equipamiento básico del laboratorio de biología médica.
Pipetas de precisión.
Analizador de coagulación automatizado o semiautomático.
Agua desmineralizada.

Reactivos Behnk de la siguiente manera:

REF 771602 BE Factor II: plasma deficiente FII
REF 771605 BE Factor V: plasma deficiente FV
REF 771607 BE Factor VII: plasma deficiente FVII
REF 771608 BE Factor VIII: plasma deficiente FVIII
REF 771609 BE Factor IX: plasma deficiente FIX
REF 771610 BE Factor X: plasma deficiente FX
REF 771611 BE Factor XI: plasma deficiente FXI
REF 771612 BE Factor XII: plasma deficiente FXII

## VALORES DE REFERENCIA

Consultar las instrucciones técnicas del reactivo utilizado.

## CONTROL DE CALIDAD

Consultar las instrucciones técnicas del reactivo utilizado.

## PROCEDIMIENTO

Diluir el plasma como se indica en las instrucciones del reactivo utilizado.

## CALIBRACION

Consultar las instrucciones técnicas del reactivo utilizado.

## CALCULOS

Consultar las instrucciones técnicas del reactivo utilizado.

## PRESTACIONES

Consultar las instrucciones técnicas del reactivo utilizado.

## REFERENCIAS


(1) *Occupational Safety and Health Standards; Bloodborne pathogens (29CFR1910.1030) Federal Register July 1, (1998); 6, p.267-280*
(2) *Directive du conseil de l'Europe (90/679/CEE) J. O. de la communauté européenne n°L374 du 31.12.1990, p.1-12*


| = Modificaciones significativas

IFU_771700-ES-V03-20260902

**Tabla de símbolos**





Fabricado por
BIOLABO S.A.S.
Les Hautes Rives
02160 Maizy, France

Made in France

Distribuido por
Kommanditgesellschaft Behnk Elektronik GmbH & Co.
Hans-Böckler-Ring 27
22851 Norderstedt, Germany

T. +49 (0)40-529 861 0
F. +49 (0)40-529 861 99
info@behnk.de


Última versión: www.behnk.de