CE IVD

Precision in Hemostasis

Behnk Elektronik

BE Owren Buffer Owren Koller Buffer

Diluant pour plasmas humains lors de tests de coagulation

REF 771700: BU (16 x 15 mL)

| USAGE PREVU

Solution tamponnée à utiliser *in vitro* comme diluant pour les plasmas humains lors de tests de coagulation. Utilisable avec procédure manuelle sur coagulomètre semi automatisé, ou sur analyseur de coagulation automatisé, avec les réactifs BEHNK.
Réservé à l'usage de professionnels de santé en laboratoire clinique.

PRINCIPLE

Lors de la détermination individuelle des Facteurs (FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII) avec plasma déficient, il est nécessaire de diluer le plasma pour permettre la détection du Facteur dans une zone représentative.

GENERALITES

Consulter la notice du réactif utilisé.

| REACTIFS

BU	**Owren BU**	Tampon Owren Koller
Tampon Barbital		pH 7,35 (20°C)
Conservateur		

Selon le règlement (CE) 1272/2008, ce réactif n'est pas classé comme dangereux.

PRECAUTIONS (1) (2)

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur demande ou sur www.behnk.de
- Vérifier l'intégrité des réactifs avant leur utilisation.
- Elimination des déchets : respecter la législation en vigueur.
- Traiter tout spécimen ou réactif d'origine biologique comme potentiellement infectieux. Respecter la législation en vigueur dans le pays.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif fait l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

PREPARATION DES REACTIFS

BU : Prêt à l'emploi

STABILITE ET CONSERVATION

Avant ouverture, stockés à l'abri de la lumière à 2-8 °C, le contenu des flacons est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette.
Après ouverture, bien rebouchés dans le flacon d'origine, stocké et utilisé comme indiqué, les flacons sont stables :

- Jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette.
- Rejeter tout réactif trouble.

PRELEVEMENT ET PREPARATION DU SPECIMEN

Consulter la notice du réactif utilisé.

LIMITES

Consulter la notice du réactif utilisé.

MATERIEL COMPLEMENTAIRE

Equipement de base du laboratoire de biologie médicale
Pipettes de précision
Analyseur de coagulation automatisé ou semi-automatisé
Eau déminéralisée

Réactifs Behnk comme suit :

REF 771602 BE Factor II : plasma déficient FII
REF 771605 BE Factor V : plasma déficient FV
REF 771607 BE Factor VII : plasma déficient FVII
REF 771608 BE Factor VIII : plasma déficient FVIII
REF 771609 BE Factor IX : plasma déficient FIX
REF 771610 BE Factor X : plasma déficient FX
REF 771611 BE Factor XI : plasma déficient FXI
REF 771612 BE Factor XII : plasma déficient FXII

VALEURS DE REFERENCE

Consulter la notice du réactif utilisé.

CONTROLE QUALITE

Consulter la notice du réactif utilisé.

PROCEDURE

Diluer le plasma comme indiqué dans la notice du réactif utilisé.

CALIBRATION

Consulter la notice du réactif utilisé.

CALCUL

Consulter la notice du réactif utilisé.

PERFORMANCES

Consulter la notice du réactif utilisé.

REFERENCES

(1) *Occupational Safety and Health Standards; Bloodborne pathogens (29CFR1910.1030) Federal Register July 1, (1998) ; 6, p.267-280*
(2) *Directive du conseil de l'Europe (90/679/CEE) J. O. de la communauté européenne n°L374 du 31.12.1990, p.1-12*

| = Modifications significatives

IFU_771700-FR-V03-20260902

Table des symboles

Fabricant	Péremption	*In Vitro* Diagnostic	Température	Référence	Consulter la notice	Numéro de lot	Stocker à l'abri de la lumière	Suffisant pour	Diluer avec	Eau déminéralisée	Risque biologique
		IVD		REF		LOT		Σ	→	H_2O	

Fabriqué par
BIOLABO S.A.S.
Les Hautes Rives
02160 Maizy, France

Made in France

Distribué par
Kommanditgesellschaft Behnk Elektronik GmbH & Co.
Hans-Böckler-Ring 27
22851 Norderstedt, Germany

T. +49 (0)40-529 861 0
F. +49 (0)40-529 861 99
info@behnk.de

Dernière révision: www.behnk.de